

EK-4:

Disposable Non-Steril Box Önlüğü Teknik Şartnamesi

- A) Önlüklerde kullanılan malzeme medikal özellikte spunlace malzemedir (nonwoven) olmalıdır.
- B) Önlüklerin kumaşı, en az 30 gr/metrekaare SMS materyali kumaştan olmalıdır.
- C) Önlükler unisex beden olmalıdır, tek beden XL olmalıdır.
- D) Önlükler tek tek ağız kapalı paketlerde olmalıdır.
- E) Önlüklerin kol ağızları ince lastik olmalıdır.
- F) Önlük kumaşı, cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını absorbe etmeden ortamdaki uzaklaştırarak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte olmalıdır. Kollarda ve ön tarafta su geçirmez önleyecek 2. kat olmalıdır.
- G) Önlükler uzun kollu, sırt bölgesi açık ve diz altına kadar olmalıdır.
- H) Üretici firmanın ISO 9001:2000 belgesi olmalıdır ve belge olarak verilmelidir.

Önlük kumaşının gramajı firmaca verilecek taahhütle ayrıca belirtilecektir.

.... / ... / 2020

SÖZLEŞME EKİ TAAHHÜTNAME

Sözleşmeye konu Disposable Non-Steril Box Önlüğü kumaşı gramajının;
gram/metrekaire olduğunu taahhüt ederiz.

Onaylayan Firma Yetkilisinin:

İmzası :

Adı-Soyadı :

Firma Kaşesi :